

Fisicoquímico de agua.

Página 1 de 1

Indicaciones:

Recoger de igual manera que para análisis bacteriológico, pero sin esterilizar los grifos ni salidas de bomba, en recipiente bien limpio.

Recolectar como mínimo medio litro de agua (500 ml).

En caso que deban realizarse los 2 tipos de análisis (bacteriológico y fisicoquímico) recolectar primero la muestra para bacteriológico.

Enviar lo antes posible al laboratorio.